

	Посебни услови	Доказ
	Да фирма која конкурише има најмање два запослена сервисера	Образац М1
	Да најмање један сервисер има курс за преглед опреме под притиском	Сертификат о завршеном курсу
	Да је фирма заступник бар једног од три произвођача аутоклава који су предмет прегледа	Ауторизационо писмо
	Да најмање један сервисер има сертификат произвођача аутоклава који су предмет прегледа	Сертификат произвођача
	Да ће се провера вентила сигурности обавити у лабораторији за испитивање акредитованој од стране АТS-а	Сертификат о акредитацији
	Да се контрола циклуса стерилизације обавља еталонираним мерилима за температуру и притисак	Калибрациони сертификати за притисак и температуру
	Извештај о испитивању треба да садржи листу обављених радњи приликом прегледа као и графички приказ циклуса са јасно означеним кривама температуре и притиска	Пример најмање једног извештаја